

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ
ΤΜΗΜΑ Α΄

Ιατρείο – Οδοντιατρείο:

1. Σε περίπτωση χρήσης επιστημονικού εξοπλισμού, ο χώρος του Ιατρείου – Οδοντιατρείου προσαυξάνεται ανάλογα με τις λειτουργικές απαιτήσεις του κατασκευαστικού οίκου του αντίστοιχου μηχανήματος.
2. Σε κάθε Ιατρείο – Οδοντιατρείο θα πρέπει να υπάρχει σφραγισμένο δοχείο μολυσματικών απορριμμάτων.
3. Σταθερός εξοπλισμός Οδοντιατρείου: Κάθε Οδοντιατρείο περιλαμβάνει τουλάχιστον ένα πάγκο εργασίας με κλειστά ερμάρια και νιπτήρα. Οι επιφάνειες εργασίας του πάγκου πρέπει να αντέχουν στα αλκαλικά, τα οξέα, τα διαλυτικά και τη θερμότητα.
4. Εάν το Ιατρείο – Οδοντιατρείο περιλαμβάνει επιστημονικό εξοπλισμό ιοντίζουσας ακτινοβολίας, πρέπει ο διατιθέμενος χώρος να έχει τις αντίστοιχες τεχνικές προδιαγραφές του Μέρους Β΄ του παρόντος Παραρτήματος.
5. Σε περίπτωση συστέγασης α) ιατρείων: Μαιευτικού, Ουρολογικού, Αφροδισιολογικού και Παιδιατρικού απαιτείται ξεχωριστό W.C και β) ιατρείων Παιδιατρικού, Ψυχιατρικού και Δερματολογικού – Αφροδισιολογικού απαιτείται ιδιαίτερη αναμονή τουλάχιστον 5 m².

ΙΑΤΡΕΙΟ
ΠΙΝΑΚΑ ΜΕΤΡΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

Α/Α	ΧΩΡΟΙ	ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ m ²	ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1	Ιατρείο - Γραφείο Ιατρού - Εξεταστήριο	10.00	2.80 2.80 2.00	Χώρος ενιαίος ή διαχωρισμένος σε γραφείο ιατρού και εξεταστήριο που επικοινωνούν άμεσα Χ.Κ.Χ.
2	Χώρος αναμονής	8.00	2.50	Μπορεί να περιλαμβάνεται και γραμματεία Χ.Κ.Χ.
3	W.C.	1.50	0.90	

ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΕΙΟ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΡΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

Α/Α	ΧΩΡΟΙ	ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ m ²	ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1	Οδοντιατρείο - Γραφείο Οδοντιάτρου - Εξεταστήριο	15.00	2.80 2.80 2.00	Χώρος ενιαίος ή διαχωρισμένος σε γραφείο οδοντιατρείου και εξεταστήριο που επικοινωνούν άμεσα Χ.Κ.Χ.
2	Χώρος αναμονής	8.00	2.50	Μπορεί να περιλαμβάνεται και γραμματεία Χ.Κ.Χ.
3	W.C.	1.50	0.90	

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Χ.Κ.Χ. = Χώρος Κυρίας Χρήσης

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ
ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ

Κανονισμοί:

Τα Διαγνωστικά εργαστήρια πρέπει να στεγάζονται σε χώρο λειτουργικά ενιαίο και ανεξάρτητο από οποιαδήποτε άλλη χρήση.

ΤΜΗΜΑ Α΄
ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

Σύνθεση Διαγνωστικού Εργαστηρίου Βιολογικών Υλικών:

Το Διαγνωστικό Εργαστήριο Βιολογικών Υλικών συντίθεται από:

- α. Ένα εργαστήριο – Παρασκευαστήριο για κάθε εργαστηριακή ειδικότητα που περιλαμβάνει τους αντίστοιχους βοηθητικούς του χώρους (Ε - Π στον Πίνακα Μετρικών Στοιχείων) και
- β. Τους κοινούς χώρους υποστήριξης, όπως προκύπτουν αναλογικά στον ίδιο Πίνακα.

ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΡΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

Α/Α	ΧΩΡΟΙ	μ ²	ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΑΝΑΛΟΓΙΑ ΧΩΡΩΝ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1	Εργαστήριο – Παρασκευαστήριο	15.00	2.40	Για περισσότερους από δύο ιατρούς όμοιας ειδικότητας προστίθενται 4m ² ανά ιατρό	Χ.Κ.Χ.
	ή Εργαστήριο – Παρασκευαστήριο – Χώρος αποστείρωσης – αποθήκευσης	24.00	2.50		Χ.Κ.Χ. Χώρος ενιαίος
	ή Εργαστήριο – Παρασκευαστήριο – Χώρος αποστείρωσης	18.00	2.40		Χ.Κ.Χ. Χώρος ενιαίος
	ή Εργαστήριο – Παρασκευαστήριο – Χώρος αποθήκευσης α) για Παθολογο/τομικό, Κυτταρολογικό	20.00	2.40		Χ.Κ.Χ. Χώρος ενιαίος
	ή Εργαστήριο – Παρασκευαστήριο – Χώρος αποθήκευσης α) για ανοσολογικό ορμονολογικό	18.00	2.40		Χ.Κ.Χ. Χώρος ενιαίος

	«Εργαστήριο – Παρασκευαστήριο» Σε κάθε περίπτωση το Διαγνωστικό Εργαστήριο Βιολογικών Υλικών με Μικροβιολογικό, Βιοχημικό, Ανοσολογικό, Ορμονολογικό, Αιματολογικό έχει ως χώρο παρασκευαστηρίου – εργαστηρίου – αποστείρωσης εμβαδόν 19 τ.μ. Εφόσον αναπτύσσει Παθολογοανατομικό και Κυτταρολογικό, τότε ο χώρος γίνεται 29 τ.μ. στο σύνολο του, δηλαδή προσαυξάνεται κατά 10 τ.μ. <u>Βοηθητικοί Χώροι</u>				
1	Χώροι μικροσκοπίων για: Παθολογο/τομικό, Κυτταρολογικό	6.00	1.80	Για περισσότερους από δύο ιατρούς όμοιας ειδικότητας προστίθενται 2m ² ανά ιατρό	Απαιτείται επιπλέον του Εργαστηρίου Παρασκευαστηρίου
2	Αποστείρωση	4.00	2.00	Για 1-2 Ε-Π	Απαιτείται όταν ο χώρος δεν είναι ενταγμένος στο εργαστήριο
3	«Αποθήκες» Για το σύνολο του εργαστηρίου Βιολογικών Υλικών απαιτείται συνολικός χώρος 6 τ.μ. εφόσον αναπτύσσονται Παθολογοανατομικό ή Κυτταρολογικό, αλλιώς ο χώρος δεν απαιτείται. Αποθήκη Υλικού α) Παθολογο/τομικό, Κυτταρολογικό β) Ανοσολογικό – Ορμονολογικό	6.00	1.20	Για 1 Ε-Π	Απαιτείται όταν ο χώρος δεν είναι ενταγμένος στο Εργαστήριο
		4.00	1.20	Για 1Ε-Π	
4	ή α) Αποστείρωση και Αποθήκη Υλικού Παθολογο/τομικού και Κυτταρολογικού	9.00	2.00	Για 1Ε-Π	Απαιτείται όταν ο χώρος δεν είναι ενταγμένος στο εργαστήριο και είναι προαιρετικός Απαιτείται όταν ο χώρος δεν είναι ενταγμένος στο εργαστήριο και είναι προαιρετικός
	ή β) Αποστείρωση και Αποθήκη Υλικού Ανοσολογικού και Ορμονολογικού	6.00	1.20	Για 1 Ε-Π	
		4.00	1.20		
4	Χώρος λήψης Δειγμάτων	4.00	2.00	Για 1 ή περισσότερα Ε-Π	Ανεξάρτητος, ή ενταγμένος στο εργαστήριο με αύξηση του

					εμβαδού του
1.	Χώροι υποστήριξης Υποδοχή, Γραμματεία – Λογιστήριο	5.00	2.00	Απαιτείται για περισσότερα από 2-Ε-Π	Μπορεί να εντάσσεται στην αναμονή με αύξηση του εμβαδού της
2	Αναμονή	6.00	2.50	Για παραπάνω από 1 Ε-Π προστίθενται 2m2 ανά Ε-Π	
3	Γραφείο Ιατρού	7.00	2.40	Για πάνω από 1 ιατρό προστίθενται 3m2 ανά ιατρό	Χ.Κ.Χ.
4	Χώρος– ανάπαυσης προσωπικού	5.00	1.80	Απαιτείται για πάνω από 3 Ε-Π	
5	W.C. κοινού–προσ.	1.50	0.90	Ανά 3 Ε-Π	

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Χ.Κ.Χ. = Χώρος Κύριας Χρήσης

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ:

- Η επιφάνεια του χώρου αναμονής που προκύπτει από τους Πίνακες Μετρικών Στοιχείων, μπορεί να είναι ενιαία, ή καταμεμημένη σε επιμέρους αναμονές.
- Δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται ως χώροι αναμονής πλατύσκαλα κλιμακοστασίων και διάδρομοι κυκλοφορίας.
- Οι επιφάνειες των τοίχων πάνω από τους πάγκους εργασίας των χώρων εργαστηρίου – παρασκευαστηρίου και αποστείρωσης – πλύσης, πρέπει να είναι επενδεδυμένες, λείες και πλενόμενες.
- Κάθε εργαστήριο περιλαμβάνει πάγκους εργασίας με ερμάρια ανοικτά και κλειστά πάνω και κάτω από τους πάγκους αντίστοιχα. Η επιφάνεια εργασίας των πάγκων πρέπει να κατασκευάζεται από υλικά που αντέχουν στα αλκαλικά, τα οξέα, τα διαλυτικά και τη θερμότητα. Σχισμές και ενώσεις πρέπει να αποφεύγονται.
Ειδικά στο παθολογοανατομικό και κυτταρολογικό εργαστήριο η επιφάνεια του πάγκου πρέπει επιπλέον να μη προσβάλλεται από χρωστικές ουσίες. Στα παρασκευαστήρια του παθολογοανατομικού και του κυτταρολογικού εργαστηρίου απαιτείται καλός αερισμός λόγω της παρουσίας πτητικών αερίων.
- Ηλεκτρική εγκατάσταση: Πρέπει να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις λειτουργίας όλων των χρησιμοποιούμενων ιατρικών μηχανημάτων, σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς.
- Απορρίμματα: Πρέπει να υπάρχει σφραγιζόμενο δοχείο μολυσματικών απορριμμάτων στους χώρους: εργαστήριο – παρασκευαστήριο, εργαστήριο δειγμάτων υψηλού κινδύνου, αποστείρωσης – πλύσης και λήψης δειγμάτων.

ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΤΡΙΤΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΡΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

Α. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

Α/Α	ΧΩΡΟΙ	m ²	ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΑΝΑΛΟΓΙΑ ΧΩΡΩΝ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1	Εργαστήριο	150.00	7.00		Χ.Κ.Χ.
2	Παρασκευαστήριο	20.00	4.00		
	ή Εργαστήριο –	170.00	7.00		Χ.Κ.Χ.

	Παρασκευαστήριο				
3	Τμήμα υποδοχής δειγμάτων και διαχωρισμού	15.00	3.00		X.K.X.
4	Γραμματεία παραγωγής με την οποία υποστηρίζεται το εργαστήριο για την καταχώρηση των εντολών και την εκτύπωση των αποτελεσμάτων.	15.00	3.00		X.K.X.
5	Χώρος λήψης δειγμάτων	4.00	2.00		Εφόσον το εργαστήριο εξυπηρετεί και εξωτερικούς ασθενείς
	<u>Βοηθητικοί Χώροι</u>				
1	Αποθήκη γραφικής ύλης τιμολογίων μπλοκ εντολών	20.00	3.00		X.X.**
2	Χώρος ψυγείων – αποθήκης υλικών εργαστηρίων	20.00	3.00		X.X.**
	<u>Χώροι υποστήριξης</u>				
1	Υποδοχή, Γραμματεία	5.00	2.00		X.K.X.
2	Αναμονή	8.00	2.50		X.K.X.
3	Γραφείο ιατρού	7.00	2.40		X.K.X.
4	Γραφείο Λοιπού Επιστημονικού προσωπικού	7.00	2.40		X.K.X.
5	Χώρος – ανάπαυσης προσωπικού	10.00	2.50		X.K.X.
6	W.C. κοινού-προσωπ.	1.50	0.90		

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: X.K.X.= Χώρος Κύριας Χρήσης

X.K.X.* = Χώρος Κύριας Χρήσης που εξαιρείται της απαίτησης για φυσικό φωτισμό ή αερισμό

X.X** = Υπόγειος χώρος που προβλέπεται στην οικοδομική άδεια του κτιρίου και διαθέτει τεχνητό φωτισμό, εξαερισμό και κατάλληλο ηλεκτρομηχανολογικό εξοπλισμό.

Όπου ΧΧ** σημαίνει ότι είναι δυνατή η χρησιμοποίηση αυτού του χώρου πέραν των χώρων της κατηγορίας X.K.X. ή X.K.X.*

ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΤΡΙΤΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΡΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

Β. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΑΘΟΛΟΓΟΑΝΑΤΟΜΙΚΟ – ΚΥΤΤΑΡΟΛΟΓΙΚΟ

Α/Α	ΧΩΡΟΙ	m ²	ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΑΝΑΛΟΓΙΑ ΧΩΡΩΝ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1	Εργαστήριο – Παρασκευαστήριο-χώρος αποθήκευσης για Παθολογο/τομικό, Κυτταρολογικό	30.00	3.00		X.K.X.
2	Τμήμα υποδοχής δειγμάτων και διαχωρισμού	6.00	2.00		X.K.X.

3	Γραμματεία παραγωγής με την οποία υποστηρίζεται το εργαστήριο για την καταχώρηση των εντολών και την εκτύπωση των αποτελεσμάτων	8.00	2.40		X.K.X.
<u>Βοηθητικοί Χώροι</u>					
1	Χώροι μικροσκοπίων για: Παθολογο/τομικό, Κυτταρολογικό	8.00	2.40		X.K.X.
2	Αποσ/ρωση	6.00	2.00		X.K.X.
3	Αποθήκη Υλικού α) Παθολογο/τομικό, Κυτταρολογικό	10.00	3.00		X.K.X.
4	Χώρος λήψης δειγμάτων	4.00	2.00		Σε περίπτωση που εξυπηρετεί και εξωτερικούς ασθενείς.
<u>Χώροι υποστήριξης</u>					
1	Υποδοχή, Γραμματεία	4.00	2.00		X.K.X.
2	Αναμονή	6.00	2.00		X.K.X.
3	Γραφείο ιατρού	7.00	2.40		X.K.X.
4	Λογιστήριο	7.00	2.40		X.K.X.
5	Χώρος – ανάπαυσης προσωπικού	6.00	2.00		X.K.X.
6	W.C. κοινού – προσωπικού	1.50	0.90		

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: X.K.X.= Χώρος Κύριας Χρήσης

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ:

- Η επιφάνεια του χώρου αναμονής που προκύπτει από τους Πίνακες Μετρικών Στοιχείων, μπορεί αν είναι ενιαία, ή κατανεμημένη σε επιμέρους αναμονές.
- Δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται ως χώροι αναμονής πλατύσκαλα κλιμακοστασίων και διάδρομοι κυκλοφορίας.
- Οι επιφάνειες των τοίχων πάνω από τους πάγκους εργασίας των χώρων εργαστηρίου – παρασκευαστηρίου και αποστείρωσης – πλύσης, πρέπει να είναι επενδεδυμένες, λείες και πλενόμενες.
- Κάθε εργαστήριο περιλαμβάνει πάγκους εργασίας με ερμάρια ανοικτά και κλειστά πάνω και κάτω από τους πάγκους αντίστοιχα.
Η επιφάνεια εργασίας των πάγκων πρέπει να κατασκευάζεται από υλικά που αντέχουν στα αλκαλικά, τα οξέα, τα διαλυτικά και τη θερμότητα. Σχισμές και ενώσεις πρέπει να αποφεύγονται. Ειδικά στο παθολογοανατομικό και κυτταρολογικό εργαστήριο η επιφάνεια του πάγκου πρέπει επιπλέον να μη προσβάλλεται από χρωστικές ουσίες.
Στα παρασκευαστήρια του παθολογοανατομικού και του κυτταρολογικού εργαστηρίου απαιτείται καλός αερισμός λόγω της παρουσίας πτητικών αερίων.
- **Ηλεκτρική εγκατάσταση:** Πρέπει να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις λειτουργίας όλων των χρησιμοποιούμενων ιατρικών μηχανημάτων, σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς.

- **Απορρίμματα:** Πρέπει να υπάρχει σφραγιζόμενο δοχείο μολυσματικών απορριμμάτων στους χώρους: εργαστήριο – παρασκευαστήριο, εργαστήριο δειγμάτων υψηλού κινδύνου, αποστείρωσης – πλύσης και λήψης δειγμάτων.

ΤΜΗΜΑ Β΄
ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΕΩΝ

Σύνθεση Διαγνωστικού Εργαστηρίου Απεικονίσεων:

Το Διαγνωστικό Εργαστήριο Απεικονίσεων συντίθεται από:

- Μία, ή περισσότερες αίθουσες εξέτασης με όλους τους βοηθητικούς τους χώρους (μία αίθουσα εξέτασης περιλαμβάνει μία θέση εξέτασης) και
- Τους κοινούς χώρους υποστήριξης, όπως προκύπτουν αναλογικά στον Πίνακα Μετρικών Στοιχείων.

ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΕΩΝ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΡΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

A/A	ΧΩΡΟΙ	m ²	ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΑΝΑΛΟΓΙΑ ΧΩΡΩΝ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1	Αίθουσα Ακτινοδιαγν/κού α)Ακτινογράφηση & Ακτινοσκόπηση β)Ακτινογράφηση ή Ακτινοσκόπηση	20,00 15,00	3,00	Για μια θέση εξέτασης	ΧΧ** Περιλαμβάνεται χειριστήριο
2	Αίθουσα Μαστογράφου ή Κοινή Αίθουσα Ακτινοδιαγν/κού και Μαστογράφου α)Ακτινογράφηση & Ακτινοσκόπηση και Μαστογράφος	10,00 30,00	2,40 3,40	Για μια θέση εξέτασης	ΧΧ** Με χειριστήριο ΧΧ** Με χειριστήριο
	β)Ακτινογράφηση ή Ακτινοσκόπηση και Μαστογράφος	25,00	3,20		ΧΧ** Με χειριστήριο
	γ)Ακτινογράφηση ή Ακτινοσκόπηση & Ορθοπαντ/φος	21,00	3,00		ΧΧ** Με χειριστήριο
	δ)Ακτινογράφηση και Ακτινοσκόπηση και Ορθοπαντ/φος	28,00	3,20		ΧΧ** Με χειριστήριο
3	Αίθουσα Ορθοπαντ/φου	6,00	2,40	Για μια θέση εξέτασης	ΧΧ**
4	Αίθουσα μέτρησης οστικής πυκνότητας	10,00	2,80	Για μια θέση εξέτασης	ΧΧ**
5	Αίθουσα υπερηχογράφου	8,00	2,40	Για μια θέση εξέτασης	ΧΧ**
6	Αίθουσα Αξονικού	25,00	3,60		Με χώρους

	Τομογράφου				χειριστηρίου, computer X.K.X* ή ΧΧ**
7	Αίθουσα Μαγνητικού Τομογράφου	44,00	4,00		Με χώρους χειριστηρίου, computer X.K.X* ή ΧΧ**
8	Αίθουσα Ανάνηψης εφόσον δίνεται νάρκωση	8,00		Για δύο εξεταστικά κρεβάτια	Στο ίδιο επίπεδο με την αίθουσα της βασικής συσκευής απεικόνισης.
<u>Βοηθητικοί χώροι</u>					
1	Εμφανιστήριο	3,00	2,00	Για μία ή περισσότερες αίθουσες	Σε κεντρική θέση, με χώρο φύλαξης υγρών εμφάνισης
2	Αποθήκη Αναλώσιμου υλικού μηχανημάτων	3,00	1,40	Για 1-4 αίθουσες Για περισσότερες αίθουσες Προστίθενται 0.5m2 ανά αίθουσα	Με θωρακισμένο χώρο φύλαξης των Ακτινοδιαγν/κών films. Ο χώρος του εμφανιστηρίου και της αποθήκης αναλώσιμου υλικού μηχανημάτων μπορεί να είναι ενιαίος. Στην περίπτωση αυτή ελάχιστη επιφάνεια είναι τα 6 m2 και ελάχιστη διάσταση τα 2.20m
3	W.C. ασθενών Συμβατικού ακτινολογικού	1,50	1,00	Για 1 – 4 αίθουσες	Σε άμεση επαφή με την αίθουσα
1	<u>Χώροι υποστήριξης</u> Υποδοχή – Γραμματεία – Λογιστήριο	8,00	2,50	Απαιτείται για Περισσότερες από 2 αίθουσες	Μπορεί να εντάσσεται στην αναμονή με αύξηση του εμβαδού της.
2	Αναμονή	7,00	2,50	Για πάνω από μία Αίθουσα προστίθενται 3m2 ανά αίθουσα.	
3	Γραφείο ιατρών	7,00	2,40	Για περισσότερους από Ένα ιατρό προστίθενται 3m2 ανά ιατρό	
4	Χώρος ανάπαυσης Προσωπικού	5,00	1,80	Για πάνω από 3 Αίθουσες προστίθενται 1,5m2	

				ανά αίθουσα	
5	W.C. κοινού- Προσωπικού	1,50	1,00	Ανά 4 αίθουσες	

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Χ.Κ.Χ. = Χώρος Κύριας Χρήσης

Χ.Κ.Χ.* = Χώρος που εξαιρείται της απαίτησης για φυσικό φωτισμό ή αερισμό

Χ.Χ.** = Υπόγειος χώρος που προβλέπεται στην οικοδομική άδεια του κτιρίου και διαθέτει τεχνητό φωτισμό και εξαερισμό και ηλεκτρομηχανολογικό εξοπλισμό για την εγκατάσταση μαγνητικού τομογράφου και μηχανημάτων που εκπέμπουν Ιοντίζουσες Ακτινοβολίες..

Όπου ΧΧ** σημαίνει ότι είναι δυνατή η χρησιμοποίηση αυτού του χώρου πέραν των χώρων της κατηγορίας Χ.Κ.Χ. ή Χ.Κ.Χ.*

2. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΧΩΡΩΝ

- Η επιφάνεια του χώρου αναμονής που προκύπτει από τους Πίνακες Μετρικών Στοιχείων, μπορεί να είναι ενιαία, ή κατανομημένη σε επιμέρους αναμονές.
- Δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται ως χώροι αναμονής πλατύσκαλα κλιμακοστασίων και διάδρομοι κυκλοφορίας.
- Οι κύριοι διάδρομοι κυκλοφορίας θα έχουν ελάχιστο πλάτος 1 μέτρο.
- Σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται η ταυτόχρονη εξέταση περισσότερων του ενός ασθενών μέσα στον ίδιο ακτινοδιαγνωστικό χώρο. Ο χώρος γραφείου ιατρών στις Αίθουσες Μαγνητικής και Αξονικής τομογραφίας, τοποθετείται κατά προτίμηση σε επαφή με τις αίθουσες εξέτασης (κοντά στο χειριστήριο).
- Η εσωτερική οργάνωση των αιθουσών εξέτασης θα γίνεται σύμφωνα με τις προδιαγραφές λειτουργίας των σχετικών μηχανημάτων και τη μελέτη ακτινοπροστασίας, όπου απαιτείται. Ο χώρος του χειριστηρίου, σε κάθε περίπτωση αίθουσας εξέτασης, θα πρέπει να βρίσκεται σε θέση που να εξυπηρετεί λειτουργικά και να εξασφαλίζει άνετη οπτική και ακουστική επαφή εξεταστή – εξεταζόμενου.

3. ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

- Ακτινοθωράκιση: Όλες οι αίθουσες εξέτασης στις οποίες επιβάλλεται ακτινοθωράκιση θα πρέπει να είναι κατασκευασμένες με τις προδιαγραφές που προβλέπονται στον εκάστοτε ισχύοντα κανονισμό ακτινοπροστασίας.
- Ηλεκτρική εγκατάσταση:** Θα πρέπει να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις λειτουργίας όλων των χρησιμοποιούμενων ιατρικών μηχανημάτων και να είναι σύμφωνη με τον Κανονισμό Εσωτερικών Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων της ΔΕΗ.
- Σήμανση:** Έξω από κάθε αίθουσα εξέτασης πρέπει να υπάρχει εμφανές οπτικό, ή ακουστικό σήμα στην είσοδο του ακτινοδιαγνωστικού θαλάμου, που θα λειτουργεί κατά το χρόνο εξέτασης. Επίσης, θα πρέπει να υπάρχουν ευανάγνωστες οδηγίες για τις εγκύους αναρτημένες στην αίθουσα αναμονής ασθενών.

ΤΜΗΜΑ Γ΄

ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΠΥΡΗΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

Σύνθεση Διαγνωστικού εργαστηρίου Πυρηνικής Ιατρικής:

- Το Διαγνωστικό Εργαστήριο Πυρηνικής Ιατρικής συντίθεται από:
 - Ένα εργαστήριο in vitro, ή ένα εργαστήριο in vivo, με τα βοηθητικά τους αντίστοιχα, ή συνδυασμό εργαστηρίων in vivo, και in vitro.
 - Τους χώρους υποστήριξης, όπως προκύπτουν αναλογικά από τον Πίνακα Μετρικών Στοιχείων.

ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΠΥΡΗΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΡΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

Α/Α	ΧΩΡΟΙ	m2	ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΑΝΑΛΟΓΙΑ ΧΩΡΩΝ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
A	ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ IN VITRO				
1	Εργαστήριο – Παρασκευαστήριο	18,00	2,40	Για πάνω από ένα ιατρό προστίθενται 4m2 ανά ιατρό	Χώρος ενιαίος ή διαχωρισμένος με Αποστείρωση/πλύση

2	Χώρος αιμοληψιών	4,00	2,00		ΧΚΧ ή Χ.Χ.** ή Χ.Κ.Χ* Προαιρετικός
Β	ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ IN VIVO				
1	Αίθουσα γ-camera ή Αίθουσα γ-camera με test κόπωσης	20,00 25,00	3,00 3,00	Για μια θέση εξέτασης	Με χειριστήριο computer, φωτογραφικό μηχάνημα ΧΚΧ ή Χ.Χ.**
1	<u>Βοηθητικοί χώροι</u> Θερμό εργαστήριο	6.00	1.80	Για μία ή περισσότερες αίθουσες γ-camera	*Θερμή περιοχή* Περιλαμβάνει θωρακισμένη κρύπτη ραδιοϊσοτόπων & ραδιενεργών καταλοίπων, απαγωγή εστία κ.λ.π., σύμφωνα με τον Κανονισμό Ακτινοπροστασίας Χ.Χ.**
2	Χώρος χορήγησης ραδιοφαρμάκων	4.00	1.20	Για μία ή περισσότερες αίθουσες γ-camera	*Θερμή περιοχή* Σε άμεση επαφή με τους χώρους του θερμού εργαστηρίου και της αναμονής θερμών ασθενών. Χ.Χ.**
3	Αναμονή θερμών ασθενών	10.00	1.80	Για μία ή περισσότερες αίθουσες γ-camera	*Θερμή περιοχή* Σε άμεση επαφή με την αίθουσα της γ-camera και το χώρο χορήγησης ραδιοφαρμάκων. Χ.Χ.**
4	W.C. θερμών ασθενών	1.50	0.90		*Θερμή περιοχή* Σε άμεση επαφή με το χώρο αναμονής θερμών ασθενών
1	<u>Χώροι Υποστήριξης</u> Υποδοχή, Γραμματεία – Λογιστήριο	5.00	2.00	Απαιτείται για πάνω από 2 εργαστήρια	Μπορεί να εντάσσεται στην αναμονή με αύξηση του εμβαδού της Χ.Χ.**
2	Αναμονή	7.00	2.50	Για περισσότερα από 1 εργαστήρια προστίθενται 3m2 ανά εργαστήριο	
3	Γραφείο ιατρού	7.00	2.80	Για ένα ιατρό	Ενδείκνυται το γραφείο ιατρού γ-camera να έχει οπτική επαφή με το χειριστήριο Χ.Κ.Χ. ή Χ.Χ.**

4	W.C. κοινού προσωπικού	1.50	0.90		X.X.**
---	------------------------	------	------	--	--------

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: X.K.X. = Χώρος Κύριας Χρήσης

X.K.X. * = Χώρος Κυρίας Χρήσης που εξαιρείται της απαίτησης για φυσικό φωτισμό ή αερισμό.

X.X** = Υπόγειος χώρος που προβλέπεται στην οικοδομική άδεια του κτιρίου και διαθέτει τεχνητό φωτισμό και εξαερισμό και ηλεκτρομηχανολογικό εξοπλισμό για την εγκατάσταση γ-camera.

Όπου XX** σημαίνει ότι είναι δυνατή η χρησιμοποίηση αυτού του χώρου πέραν των χώρων της κατηγορίας X.K.X. ή X.K.X.*

2. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ:

- Δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται ως χώροι αναμονής πλατύσκαλα κλιμακωστών και διάδρομοι κυκλοφορίας.
- Οι επιφάνειες, τοίχων δαπέδων και πάγκων εργασίας των χώρων εργαστηρίου – παρασκευαστηρίου in vitro και «θερμής περιοχής» πρέπει να πληρούν τις απαιτήσεις του Κανονισμού Ακτινοπροστασίας.
- Ηλεκτρική εγκατάσταση: Πρέπει να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις λειτουργίας όλων των χρησιμοποιούμενων ιατρικών μηχανημάτων, σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς.
- Απορρίμματα: Πρέπει να υπάρχουν δύο ανοξείδωτοι ποδοκίνητοι κάδοι καταλοίπων σε κάθε εργαστήριο.
- Οι νιπτήρες των πάγκων εργασίας θα είναι από ανοξείδωτο χάλυβα με παροχή νερού ρυθμιζόμενη με τα πόδια, ή τον αγκώνα ή φωτοκύτταρο. Επίσης η αποσπώγιση των χεριών πρέπει να γίνεται με χαρτί υγείας ή ρεύμα αέρος.
- Οι χώροι της «θερμής περιοχής» αποτελούν διακεκριμένη ενότητα, στην οποία η είσοδος πρέπει να σημαίνεται και να ελέγχεται η προσπέλαση του κοινού.

ΤΜΗΜΑ Δ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΡΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

A/A	ΧΩΡΟΙ	m ²	ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΑΝΑΛΟΓΙΑ ΧΩΡΩΝ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1	Ιατρείο	10.00	2.80		Για χώρο ενιαίο ή χώρο γραφείου ή εξεταστηρίου που επικοινωνούν άμεσα X.K.X.
2	Αίθουσα θεραπείας σε χώρο ενιαίο ή χωρισμένο	20.00	4.00	Για κάθε επιπλέον θέση θεραπείας προστίθενται 6 m ²	Για 3 θέσεις θεραπείας. Εάν οι αίθουσες θεραπείας είναι ατομικές απαιτείται ελάχιστη επιφάνεια ανά αίθουσα 6m ² με ελάχιστη διάσταση

3	Αποθήκη Αναλωσίμων				2.40 X.K.X. Ερμάρια
4	Γυμναστήριο	15.00	3.00	Για κάθε επιπλέον θέση θεραπείας προστίθενται 3.5 m ²	3 θέσεις θεραπείας X.K.X.
5	Αίθουσα υδροθεραπείας με α) δινόλουτρο:	3.00	2.00	Για κάθε επιπλέον θέση θεραπείας προστίθενται 3 m ²	Περιλαμβάνει δινόλουτρο άνω και κάτω άκρων για 1 θέση εργασίας.
	β) Λουτρό υδροθεραπείας σώματος	6.00	1.90	Προαιρετικό	Για 1 θέση εργασίας
	<u>Χώροι υποστήριξης</u>				
1	Υποδοχή, Γραμματεία – Λογιστήριο - αναμονή	8.00	2.50		X.K.X.
2	W.C.	1.50	0.90	Για κάθε 9 θέσεις θεραπείας απαιτείται 1 w.c επιπλέον	

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: X.K.X. = Χώρος Κυρίας Χρήσης

1. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ:

1. Η αίθουσα θεραπείας θα διαχωρίζεται σε θαλάμους ατομικής θεραπείας με στοιχεία τα οποία εξασφαλίζουν ιδιωτικότητα, ανεμπόδιστη κυκλοφορία ασθενών, προσωπικού και μηχανημάτων και ευελιξία χώρου. Τα διαχωριστικά στοιχεία δεν πρέπει να φθάνουν μέχρι την οροφή, ή το δάπεδο για να μην εμποδίζουν τον εξαερισμό του χώρου.
2. Στους χώρους άσκησης και θεραπείας πρέπει να εξασφαλίζεται οπτική μόνωση από τον έξω του κτιρίου χώρο με χρήση πετασμάτων, ή αδιαφανών κρυστάλλων.
3. Οι χώροι ατομικής θεραπείας, υδροθεραπείας και γυμναστικής πρέπει να κλιματίζονται.

2. ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ:

1. Τοίχοι: Οι επιφάνειες των τοίχων στο προαιρετικό λουτρό υδροθεραπείας πρέπει να είναι επενδεδυμένες, λείες, πλενόμενες και να φέρουν σε κατάλληλα σημεία χειρολαβές στήριξης.
2. Δάπεδα: Τα λουτρά υδροθεραπείας και οι χώροι υγιεινής θα έχουν δάπεδο αντιολισθητικό. Γενικά στα δάπεδα του εργαστηρίου Φ.Ι. & Α. Πρέπει να αποφεύγονται οι ανισοσταθμίες.
3. Ηλεκτρική εγκατάσταση: Πρέπει να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις λειτουργίας όλων των χρησιμοποιούμενων φυσιοθεραπευτικών μηχανημάτων και οργάνων, σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς.
4. Εγκατάσταση παροχής και αποχέτευσης νερού.

ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ
ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ – ΠΟΛΥΟΔΟΝΤΙΑΤΡΕΙΟ
Κανονισμοί:

1. Το Πολυϊατρείο – Πολυοδοντιατρείο πρέπει να στεγάζεται σε χώρο λειτουργικά ενιαίο και ανεξάρτητο από οποιαδήποτε άλλη χρήση.
 2. Το Πολυϊατρείο συντίθεται από τουλάχιστον τρία ιατρεία, ή τουλάχιστον τρία Ιδιωτικά Διαγνωστικά Εργαστήρια, ή τουλάχιστον τρία ιδιωτικά εργαστήρια φυσικής ιατρικής και αποκατάστασης ή τουλάχιστον τρεις εξεταστικές μονάδες που μπορεί να είναι είτε ιατρεία (συμπεριλαμβανομένου και του οδοντιατρείου), είτε ιδιωτικά διαγνωστικά εργαστήρια, είτε ιδιωτικά εργαστήρια φυσικής ιατρικής και αποκατάστασης.
- Τα πολυϊατρεία συντίθενται από:
 - α) Τις εξεταστικές μονάδες (ιατρεία ή ιδιωτικά διαγνωστικά εργαστήρια ή ιδιωτικά εργαστήρια φυσικής ιατρικής και αποκατάστασης), με τους βοηθητικούς χώρους, όπως προβλέπονται στους αντίστοιχους πίνακες των παραρτημάτων του παρόντος.
 - β) Τους κοινούς χώρους υποστήριξης, όπως προκύπτουν αναλογικά από τον Πίνακα Μετρικών στοιχείων που ακολουθεί.

ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΡΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ-
- ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΣΥΜΘΕΣΗ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ

A/A	ΧΩΡΟΙ	m ²	ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΑΝΑΛΟΓΙΑ ΧΩΡΩΝ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1	Ιατρείο-γραφείο ιατρού - εξεταστήριο	7			Όπως Μέρος Πρώτο Τμήμα Α', Πίνακας Μετρικών Στοιχείων
2	W.C. Ασθενών ιατρείου	1.50	0.90	Εφόσον απαιτείται από την ιατρική ειδικότητα	Απαιτείται πρόσθετο W.C. σε Μαιευτικό, Ουρολογικό, Αφροδ/κο, Παιδιατρικό
3	Εργαστήριο Παρασκευαστήριο Βιολογικών Υλικών				Όπως Μέρος Δεύτερο Τμήμα Α', Πίνακας Μετρικών Στοιχείων. Εξαιρούνται οι χώροι υποστήριξης.
4	Εργαστήριο Παρασκευαστήριο Πυρηνικής Ιατρικής in vitro				Όπως Μέρος Δεύτερο Τμήμα Γ', Πίνακας Μετρικών Στοιχείων Α
5	Αίθουσα Απεικόνισης				Όπως Μέρος Δεύτερο Τμήμα Β', Πίνακας Μετρικών Στοιχείων. Εξαιρούνται οι χώροι υποστήριξης.
6	Εργαστήριο Πυρηνικής Ιατρικής in vivo Αίθουσα γ-camera				Όπως Μέρος Δεύτερο Τμήμα Γ', Πίνακας Μετρικών Στοιχείων Β. Εξαιρούνται οι χώροι υποστήριξης.
1	Χώροι υποστήριξης Υποδοχή, Γραμματεία – Λογιστήριο	9.00	2.50		X.K.X.
2	Αναμονή	4.00	2.50	Ανά Ε.Μ.	X.K.X. για χώρο αναμονής ενιαίο. Σε περίπτωση που στο

					πολυιατρείο λειτουργούν παιδιατρικό, ψυχιατρικό και Δερματολογικό – αφροδισιολογικό ιατρεία, αυτά πρέπει να διαθέτουν ιδιαίτερο χώρο αναμονής τουλάχιστον 5m ²
3	Γραφείο ιατρού	7.00	2.40	1 γραφείο ανά υπεύθυνο τμήματος διαγνωστικού εργαστηρίου	Απαιτείται για τις ειδικότητες των Βιοπαθολόγων – Παθολογικών/τόμων, Κυτταρολόγων, Ακτινολόγων και Πυρηνικών ιατρών
4	Χώρος ανάπαυσης προσωπικού	8.00	1.00		
5	W.C. κοινού προσωπικού	1.50	0.90	Ανά 3 Ε.Μ.	

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Χ.Κ.Χ. = Χώρος Κυρίας Χρήσης.

1. Το Πολυοδοντιατρείο συντίθεται από:
 - α. Τουλάχιστον 3 οδοντιατρεία και
 - β. Τους κοινούς χώρους υποστήριξης, όπως προκύπτουν αναλογικά από τον Πίνακα Μετρικών Στοιχείων που ακολουθεί.

**ΠΟΛΥΟΔΟΝΤΙΑΤΡΕΙΟ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΡΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ**

Α/Α	ΧΩΡΟΙ	m ²	ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΑΝΑΛΟΓΙΑ ΧΩΡΩΝ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1	Οδοντιατρείο – γραφείο ιατρού - εξεταστήριο	15,00	2,80	Τουλάχιστον 3	Όπως Μέρος Πρώτο Τμήμα Α', Πίνακας Μετρικών Στοιχείων
2	Αίθουσα Ορθοπαντ/ράφου	6,00	2,40	Εφόσον υπάρχει	Όπως Μέρος Δεύτερο Τμήμα Α', Πίνακας Μετρικών Στοιχείων
	<u>Χώροι υποστήριξης</u>				
1	Υποδοχή, Γραμματεία – Λογιστήριο	5.00	2.00		Χ.Κ.Χ.
2	Αναμονή	4.00	2.50	Ανά οδοντιατρείο	Χ.Κ.Χ.

3	Βοηθητικός χώρος	5.00	2.20		
4	W.C. κοινού προσωπικού	1.50	0.90	Ανά 3 οδοντιατρεία	

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Χ.Κ.Χ.= Χώρος Κυρίας Χρήσης.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

1. Το Πολυϊατρείο – Πολυοδοντιατρείο πρέπει να πληροί τις λειτουργικές και κατασκευαστικές απαιτήσεις όλων των Εξεταστικών Μονάδων που το αποτελούν, όπως αναφέρονται στο παρόν Παράρτημα.
2. Οι κύριοι διάδρομοι κυκλοφορίας θα έχουν ελεύθερο πλάτος 1.00 μέτρα.

**ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ****ΙΑΤΡΕΙΟ****Προαιρετικός Εξοπλισμός:**

Στον προαιρετικό εξοπλισμό του ιατρείου υπάγεται, ο οποιοσδήποτε ιατρο-τεχνολογικός εξοπλισμός, που άπτεται της ιατρικής ειδικότητας του ιατρού δικαιούχου του ιατρείου, για τη χρήση του οποίου διαθέτει αποδεδειγμένα, την απαραίτητη εκπαίδευση πιστοποίηση (όταν αυτή απαιτείται). Στον προαιρετικό εξοπλισμό δεν συμπεριλαμβάνεται ο ιατρο-τεχνολογικός εξοπλισμός που είναι απαραίτητος για την υποστήριξη της κλινικής εξέτασης που παρέχει ο ιατρός.

ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΕΙΟ**Ελάχιστος απαραίτητος εξοπλισμός:**

1. Πάγκκος εργασίας τριών μέτρων με συρτάρια, ερμάρια και νεροχύτη.
2. Οδοντιατρική έδρα.
3. Unit (βασική μονάδα).
4. Αεροσυμπιεστής.
5. Ακτινογραφικό: Δεν απαιτείται όταν ο δικαιούχος της άδειας λειτουργίας του οδοντιατρείου παρέχει αποκλειστικά και μόνο υπηρεσίες ορθοδοντικής, ή στοματικής και γναθοπροσωπικής χειρουργικής.
6. Κλίβανος, ή αυτόκαυστο.
7. Εργαλειοθήκη.

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ (ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑΣ)**Ελάχιστος απαραίτητος εξοπλισμός:**

1. Μικροσκόπιο διόφθαλμο κοινό με δυνατότητα προσαρμογών για χρήση υπεριώδους φωτισμού, σκοτεινού πεδίου και αντίθεσης φάσεως.
2. Υδατόλουτρο επώασης.
3. Κλίβανοι.
 - α. Επωαστικός.
 - β. Αποστειρωτικός ξηρός.
4. Φυγόκεντρος (οι) (με μικρό και μεγάλο υποδοχές).
5. Σύστημα προσδιορισμού έμμορφων στοιχείων αίματος.
6. Συσκευή απιονισμού ύδατος.
7. Ψυγείο με κατάψυξη.
8. Πάγκκος εργασίας τριών μέτρων με συρτάρια και ερμάρια.
9. Λύχνος bunsen (υγραερίου, ή φυσικού αερίου).
10. Καρέκλα αιμοληψίας – γυναικολογική.
11. Κοινός ζυγός.
12. Αυτόκαυτο.

Προαιρετικός εξοπλισμός:

1. Σύστημα ηλεκτροφόρησης κοινό.
2. Φωτόμετρο ορατού και υπεριώδους φάσματος με δυνατότητα μέτρησης ανοσοενζυματικών εξετάσεων (ELISA).
3. Σύστημα προσδιορισμού ηλεκτρολυτών (φλογοφωτόμετρο ή σύστημα ατομικής απορρόφησης, ή συσκευή με ιοντοεπιλεκτικά ηλεκτρόδια).

ΚΥΤΤΑΡΟΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ**Ελάχιστος απαραίτητος εξοπλισμός:**

1. Πάγκκος εργασίας τριών μέτρων με συρτάρια, ερμάρια και νεροχύτη.
2. Ψυγείο με κατάψυξη.
3. Σετ χρώσεων.

4. Φυγόκεντρος (οι) (με μικρο και μακρο υποδοχές).
5. Μικροσκόπιο διόφθαλμο κοινό.
6. Δοχείο μολυσματικών απορριμμάτων (για τους κολποδιαστολείς).
7. Καρέκλα αιμοληψίας – γυναικολογική.
8. Αυτόκαυστο.

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ**Ελάχιστος απαραίτητος εξοπλισμός:**

1. Μικροσκοπικό διόφθαλμο κοινό με δυνατότητα προσαρμογών για χρήση υπεριώδους φωτισμού, σκοτεινού πεδίου και αντίθεσης φάσεως.
2. Φυγόκεντρος (οι) (με –μικρο και μακρο υποδοχής).
3. Ψυγείο με κατάψυξη.
4. Πάγκκος εργασίας τριών μέτρων με συρτάρια και ερμάρια.
5. Καρέκλα αιμοληψίας – εξεταστική κλίνη.
6. Αυτόκαυστο.
7. Σύστημα ηλεκτροφόρησης κοινό.
8. Σετ χρώσεων.
9. Λύχνος Bunsen (υγραερίου ή φυσικού αερίου) x2.
10. Σύστημα προσδιορισμού έμμορφων στοιχείων αίματος.
11. Σύστημα γεννήτριας κατάλληλο για την εξυπηρέτηση του συνόλου του ηλεκτροτεχνολογικού εξοπλισμού.

ΠΑΘΟΛΟΓΟΑΝΑΤΟΜΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ**Ελάχιστος απαραίτητος εξοπλισμός:**

1. Μικροσκοπικά διοφθάλμια.
2. Μικροτόμος παραφίνης.
3. Μηχάνημα αφυδάτωσης – εμπότισης ιστών.
4. Συσκευή εγκλίσεως ιστών σε παραφίνη.
5. Κλίβανος επωαστικής.
6. Ψυγείο.
7. Υδατόλουτρο.

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΤΡΙΤΩΝ**Α. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ****Ελάχιστος απαραίτητος εξοπλισμός:**

1. Μικροσκόπιο διόφθαλμο κοινό με δυνατότητα προσαρμογών για χρήση υπεριώδους φωτισμού, σκοτεινού πεδίου και αντίθεσης φάσεως.
2. Υδατόλουτρο επώσεως x 2.
3. Κλίβανοι x 2.
 - α. επωαστικός x 2
 - β. Αποστειρωτικός ξηρός x 2.
4. Φυγόκεντρος (οι) (με μικρο και μακρο υποδοχές) x 2.
5. Σύστημα προσδιορισμού έμμορφων στοιχείων αίματος x 2.
6. Συσκευή απιονισμού ύδατος.
7. Ψυγείο με κατάψυξη.
8. Πάγκκος εργασίας τριών μέτρων με συρτάρια και ερμάρια.
9. Λύχνος Bunsen (υγραερίου, ή φυσικού αερίου x 2.
10. Καρέκλα αιμοληψίας – γυναικολογική (Σε περίπτωση που εξυπηρετεί και εξωτερικούς ασθενείς.
11. Κοινός ζυγός.
12. Αυτόκαυστο.

13. Βιοχημικός Αναλυτής x 2.
14. Ανοσολογικός Αναλυτής x 2.
15. Σύστημα προσδιορισμού ηλεκτρολυτών (φλογοφωτόμετρο, ή σύστημα απορρόφησης, ή συσκευή με ιοντοεπιλεκτικά ηλεκτρόδια x 2) .
16. Σύστημα ηλεκτροφόρησης.
17. Σύστημα Γεννήτριας κατάλληλο για την εξυπηρέτηση του συνόλου του ηλεκτροτεχνολογικού εξοπλισμού.

Β. ΚΥΤΤΑΡΟΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

Ελάχιστος απαραίτητος εξοπλισμός:

1. Πάγκος εργασίας τριών μέτρων με συρτάρια, ερμάρια και νεροχύτη.
2. Ψυγείο με κατάψυξη.
3. Σετ χρώσεων.
4. Φυγόκεντρος (οι) (με μικρο και μακρο υποδοχές).
5. Μικροσκόπιο διόφθαλμο κοινό 6.
6. Δοχείο μολυσματικών απορριμμάτων (για τους κολποδιαστολείς).
7. Καρέκλα αιμοληψίας – γυναικολογική.
8. Αυτόκαυστο.

Γ. ΠΑΘΟΛΟΓΟΑΝΑΤΟΜΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

Ελάχιστος απαραίτητος εξοπλισμός:

1. Μικροσκόπια διοφθάλμια.
2. Μικροτόμος παραφίνης.
3. Μηχάνημα αφυδάτωσης – εμπότισης ιστών.
4. Συσκευή εγκρίσεως ιστών σε παραφίνη.
5. Κλίβανος επωαστικός.
6. Ψυγείο.
7. Υδατόλουτρο.

Ο εξοπλισμός του κυτταρολογικού και του παθολογοανατομικού εργαστηρίου απαιτείται μόνο στην περίπτωση που το εργαστήριο βιολογικών υλικών αδειοδοτείται και για την παροχή των υπηρεσιών αυτών. Στην περίπτωση κοινού εξοπλισμού με το εργαστήριο βιολογικών υλικών ο εξοπλισμός απαιτείται μόνο μία φορά.

ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΕΩΝ

Τα Διαγνωστικά Εργαστήρια απεικονίσεων περιλαμβάνουν ένα τουλάχιστον από τα κατωτέρω εργαστήρια, ή συνδυασμό αυτών:

1. ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

Α. Ελάχιστος απαραίτητος εξοπλισμός:

1. Τραπέζι ακτινογραφιών (για απλές ακτινογραφίες) με όρθιο bucky.
2. Μετασχηματιστής.
3. Τραπέζι χειρισμού.
4. Εμφανιστήριο.

Β. Προαιρετικός:

1. Ανακλινόμενο τραπέζι ακτινοσκοπήσεων.

2. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΑΣΤΟΓΡΑΦΙΑΣ

Α. Ελάχιστος απαραίτητος εξοπλισμός:

1. Μαστογράφος.

3. ΟΡΘΟΠΑΝΤΟΓΡΑΦΟΣ**A. Ελάχιστος απαραίτητος εξοπλισμός:**

1. Ορθοπαντογράφος.

4. ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΟΣΤΙΚΗΣ ΠΥΚΝΟΤΗΤΑΣ**A. Ελάχιστος απαραίτητος εξοπλισμός:**

1. Σύστημα μέτρησης οστικής πυκνότητας.

5. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΥΠΕΡΗΧΟΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑΣ**A. Ελάχιστος απαραίτητος εξοπλισμός:**

1. Σύστημα υπερηχοτομογραφίας.

B. Προαιρετικός:

1. Σύστημα έγχρωμης υπερηχοτομογραφίας.

6. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΞΟΝΙΚΗΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑΣ**A. Ελάχιστος απαραίτητος εξοπλισμός :**

1. Σύστημα αξονικής τομογραφίας

7. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΑΓΝΗΤΙΚΗΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑΣ**A. Ελάχιστος απαραίτητος εξοπλισμός :**

1. Σύστημα μαγνητικής τομογραφίας

Στα εργαστήρια απεικονίσεων του δευτέρου εδαφίου της παραγράφου στ. του άρθρου 10 απαιτείται επιπλέον ο παρακάτω πρόσθετος εξοπλισμός :

1. Αναπνευστήρας με Monitor δηλ. Αναισθησιολογικό μηχάνημα, λειτουργίας συμβατής με το μαγνητικό πεδίο του μαγνητικού τομογράφου, με προέκταση των αγωγών ώστε να φτάνουν μέσα στην μαγνητική περιοχή.
2. Monitor πολλαπλών σημείων, συμβατής λειτουργίας με τον μαγνητικό τομογράφο, με προέκταση των καλωδίων, ώστε να φτάνουν εντός της μαγνητικής περιοχής. Πρέπει να περιλαμβάνουν ηλεκτροκαρδιογράφημα, μέτρηση αερίων του αίματος, μέτρηση αρτηριακής πίεσεως με αναίμακτη και αιματηρή μέθοδο.
3. Πηγή οξυγόνου με δύο παροχές, μία για τον μαγνήτη και άλλη μία για ελεύθερη ροή με υγραντήρα
4. Σύστημα αναρρόφησης
5. Φιάλη οξυγόνου, εφεδρική συμβατή για λειτουργία εντός του μαγνήτη
6. Λαρυγγοσκόπιο, από αμαγνητικό υλικό
7. Φορείο, από αμαγνητικό υλικό
8. Μάσκες AMBU
9. Στατώ για χορήγηση ενδοφλεβίων σκευασμάτων, από αμαγνητικό υλικό
10. Τραχειοσωλήνες, NELATON αναρροφήσεως, αεραγωγοί
11. Δύο φορητά κρεβάτια, το ένα να μπορεί να μπαίνει στην αίθουσα του μαγνήτη(από αμαγνητικό υλικό)
12. Δύο μεγάλες φιάλες οξυγόνου, από 10 m3
13. Σύστημα αναρρόφησης
14. Παροχές οξυγόνου, με υγραντήρα
15. Απινιδωτής
16. Λαρυγγοσκόπιο
17. Ντουλάπι και τροχήλατο τραπέζι, στο οποίο να υπάρχουν φάρμακα πρώτης ανάγκης
18. Τραχειοσωλήνες, NELATON αναρροφήσεως, αεραγωγοί και στατώ (από αμαγνητικό υλικό) για χορήγηση ενδοφλεβίων σκευασμάτων

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΥΡΗΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ**1. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α-1****A. Ελάχιστος απαραίτητος εξοπλισμός**

1. Τράπεζα εργασίας επιστρωμένη με απορροφητικό υλικό.

2. Ανοξείδωτος νιπτήρας και παροχή νερού ρυθμιζόμενη με τα πόδια ή τους αγκώνες ή φωτοκύτταρο.
3. Δύο ανοξείδωτοι ποδοκίνητοι κάδοι καταλοίπων.
4. Ηλεκτρονικό σύστημα μέτρησης.
5. Φυγόκεντρος αποκλειστικής χρήσης.
6. Ψυγείο αποκλειστικής χρήσης.

B. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ Α – 2

1. Κρύπτη φύλαξης ραδιοϊσοτόπων και ραδιενεργών καταλοίπων.
2. Απαγωγός εστία με κατάλληλη θωράκιση.
3. Τράπεζα εργασίας.
8. Νιπτήρας με ανοξείδωτο χάλυβα.
6. Δύο ανοξείδωτοι ποδοκίνητοι κάδοι καταλοίπων.
7. Ηλεκτρονικά συστήματα μέτρησης και απεικόνισης.
8. Όργανο ανίχνευσης ακτινοβολίας χώρου.
9. Όργανο μέτρησης της ραδιενέργειας των χορηγούμενων ραδιοφαρμάκων.

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

A. Ελάχιστος απαραίτητος εξοπλισμός:

I. Θερμοθεραπεία:

1. Θερμά και ψυχρά επιθέματα.
2. Συσκευή υπερύθρων – υπεριωδών.
3. Διαθερμία.
4. Συσκευή υπερήχων.

II. Ηλεκτροθεραπεία:

1. Συσκευές ηλεκτροθεραπείας διαδυναμικών, ή διασταυρούμενων.
2. Δύο συσκευές «αναλγησία κατόπιν εφαρμογής ηλεκτρικού μηχανήματος» (π.χ. TENS).
3. Συσκευή συνεχών και εναλλασσόμενων ρευμάτων.

III. EMF-BIOFEEDBACK

IV. Μηχανοθεραπεία:

1. Τροχός ώμου.
2. Συσκευή τροχαλιών – αναρτόμενων ασκήσεων.
3. Πολύζυγο.
4. Στατικό ποδήλατο.

Όλα τα παραπάνω μπορούν να αντικατασταθούν από ένα σύγχρονο πολυμηχάνημα.

V. Βοηθήματα κινησιοθεραπείας:

1. Καθρέπτης τοίχου, ή τροχήλατος.
2. Βακτηρίες.
3. Αναπηρικό αμαξίδιο.

VI.

- Τουλάχιστον 3 κρεβάτια ατομικής θεραπείας.
- Στρώμα γυμναστικής.
- Συσκευή ηλεκτρομάλαξης.

VII. Έλξεις

VIII. Υδροθεραπεία:

Δινόλουτρο άνω και κάτω άκρων (όχι απαραίτητα δύο συσκευές, αλλά μία στην οποία να είναι δυνατή η εκτέλεση θεραπείας και για τα άνω και για τα κάτω άκρα).

Β. Προαιρετικός:

Ηλεκτρομυογράφος.

Συσκευή μέτρησης μυϊκής ισχύος.

Συσκευή εκτίμησης αναπνευστικής λειτουργίας.

1. Δίζυγο βάδισης.
2. Περιπατητήρας.
3. Συσκευή ανάλυσης κίνησης – βάδισης.
4. Συσκευή ανάλυσης σώματος.
5. Συσκευή ουροδυναμικού ελέγχου.
6. Εργομετρικό ποδήλατο.
7. LASER.
8. Μαγνητικά πεδία.
9. Συσκευή μεσοθεραπείας.
10. Συσκευή αναλγησίας δια βελονισμού.
11. Κυκλοφορητής.
12. Συσκευή πολωμένου φωτός.
13. Εξοπλισμός για διάγνωση – αξιολόγηση – θεραπεία λειτουργικών δεξιοτήτων.
14. Εξοπλισμός για διάγνωση – αξιολόγηση – και επανεκπαίδευση αφασικών ασθενών.
15. Εξοπλισμός για διάγνωση – αξιολόγηση – και επανεκπαίδευση ασθενών με διαταραχές ανώτερων εγκεφαλικών λειτουργιών.
16. Υλικό και εξοπλισμός για κατασκευή λειτουργικών ναρθήκων και ναρθήκων ηρεμίας.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ
ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ

Για τη διακίνηση βιολογικών δειγμάτων από φορέα Π.Φ.Υ. σε άλλο φορέα Π.Φ.Υ. ακολουθείται υποχρεωτικά η κατωτέρω διαδικασία:

- A) Κάθε βιολογικό δείγμα συνοδεύεται από το σχετικό δελτίο μεταφοράς – παραγγελίας εξετάσεων.

Το δελτίο μεταφοράς φέρει τον κωδικό του φορέα που το αποστέλλει, το ονοματεπώνυμο του ασθενούς στον οποίο αντιστοιχεί το βιολογικό δείγμα, τον αύξοντα αριθμό του δελτίου παραγγελίας, τις ζητούμενες προς εκτέλεση εξετάσεις και την υπογραφή του ιατρού που αποστέλλει το δείγμα.

Το σχετικό ΔΕΛΤΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ – ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ είναι υποχρεωτικώς έντυπο.

Μπορεί να έχει ηλεκτρονική μορφή, αρκεί να αποδεικνύονται τα στοιχεία που αναφέρονται σε αυτό από το σύστημα Η/Υ που χρησιμοποιείται.

- Β) Το βιολογικό δείγμα μεταφέρεται , με ευθύνη του φορέα που εκτελεί τις εξετάσεις, μέσα σε ειδικούς χώρους που μπορούν να εξασφαλίσουν συνθήκες συντήρησης του δείγματος (θερμοκρασία 2 – 8 °C).

Στον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
αναθέτουμε την δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος
διατάγματος.

Ιωάννινα, 1 Οκτωβρίου 2009

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΠΩΛΗΣΗΣ Φ.Ε.Κ.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - Βασ. Όλγας 227	23104 23956	ΛΑΡΙΣΑ - Διοικητήριο	2410 597449
ΠΕΙΡΑΙΑΣ - Ευριπίδου 63	210 4135228	ΚΕΡΚΥΡΑ - Σαμαρά 13	26610 89122
ΠΑΤΡΑ - Κορίνθου 327	2610 638109	ΗΡΑΚΛΕΙΟ - Πεδιάδος 2	2810 300781
ΙΩΑΝΝΙΝΑ - Διοικητήριο	26510 87215	ΜΥΤΙΛΗΝΗ - Πλ. Κωνσταντινουπόλεως 1	22510 46654
ΚΟΜΟΤΗΝΗ - Δημοκρατίας 1	25310 22858		

ΤΙΜΗ ΠΩΛΗΣΗΣ ΦΥΛΛΩΝ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Σε έντυπη μορφή

- Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 μέχρι 16 σελίδες σε 1 €, προσαυξανόμενη κατά 0,20 € για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού.
- Για τα φωτοαντίγραφα Φ.Ε.Κ. σε 0,15 € ανά σελίδα.

Σε μορφή DVD/CD

Τεύχος	Ετήσια έκδοση	Τριμηνιαία έκδοση	Μηνιαία έκδοση	Τεύχος	Ετήσια έκδοση	Τριμηνιαία έκδοση	Μηνιαία έκδοση
Α'	150 €	40 €	15 €	Α.Α.Π.	110 €	30 €	-
Β'	300 €	80 €	30 €	Ε.Β.Ι.	100 €	-	-
Γ'	50 €	-	-	Α.Ε.Δ.	5 €	-	-
Υ.Ο.Δ.Δ.	50 €	-	-	Δ.Δ.Σ.	200 €	-	20 €
Δ'	110 €	30 €	-	Α.Ε. - Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ.	-	-	100 €

- Η τιμή πώλησης μεμονωμένων Φ.Ε.Κ. σε μορφή cd-rom από εκείνα που διατίθενται σε ψηφιακή μορφή και μέχρι 100 σελίδες, σε 5 € προσαυξανόμενη κατά 1 € ανά 50 σελίδες.
- Η τιμή πώλησης σε μορφή cd-rom/dvd, δημοσιευμάτων μιας εταιρείας στο τεύχος Α.Ε.-Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ. σε 5 € ανά έτος.

ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΗ Φ.Ε.Κ.: Τηλεφωνικά: 210 4071010 - fax: 210 4071010 - internet: <http://www.et.gr>

ΕΤΗΣΙΕΣ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ Φ.Ε.Κ.

Τεύχος	Έντυπη μορφή	Ψηφιακή Μορφή	Τεύχος	Έντυπη μορφή	Ψηφιακή Μορφή
Α'	225 €	190 €	Α.Ε.Δ.	10 €	Δωρεάν
Β'	320 €	225 €	Α.Ε. - Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ.	2.250 €	645 €
Γ'	65 €	Δωρεάν	Δ.Δ.Σ.	225 €	95 €
Υ.Ο.Δ.Δ.	65 €	Δωρεάν	Α.Σ.Ε.Π.	70€	Δωρεάν
Δ'	160 €	80 €	Ο.Π.Κ.	-	Δωρεάν
Α.Α.Π.	160 €	80 €	Α' + Β' + Δ' + Α.Α.Π.	-	450 €
Ε.Β.Ι.	65 €	33 €			

- Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. (έντυπη μορφή) θα αποστέλλεται σε συνδρομητές ταχυδρομικά, με την επιβάρυνση των 70 €, ποσό το οποίο αφορά τα ταχυδρομικά έξοδα.
- Για την παροχή πρόσβασης μέσω διαδικτύου σε Φ.Ε.Κ. προηγούμενων ετών και συγκεκριμένα στα τεύχη: α) Α, Β, Δ, Α.Α.Π., Ε.Β.Ι. και Δ.Δ.Σ., η τιμή προσαυξάνεται, πέραν του ποσού της ετήσιας συνδρομής του 2007, κατά 40 € ανά έτος και ανά τεύχος και β) για το τεύχος Α.Ε.-Ε.Π.Ε. & Γ.Ε.ΜΗ., κατά 60 € ανά έτος παλαιότητας.

* Η καταβολή γίνεται σε όλες τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.). Το πρωτότυπο διπλότυπο (έγγραφο αριθμ. πρωτ. 9067/28.2.2005 2η Υπηρεσία Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου) με φροντίδα των ενδιαφερομένων, πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται στο Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32 Αθήνα).

* Σημειώνεται ότι φωτοαντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές Επιταγές για την εξόφληση της συνδρομής, δεν γίνονται δεκτά και θα επιστρέφονται.

* Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα μέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίου Τύπου Αθηνών και Επαρχίας, οι τηλεοπτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α., τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά Όργανα και οι τριτοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαιούνται έκπτωσης πενήντα τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδρομής (τρέχον έτος + παλαιότητα).

* Το ποσό υπέρ Τ.Α.Π.Ε.Τ. [5% επί του ποσού συνδρομής (τρέχον έτος + παλαιότητα)], καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται πριν την έκπτωση.

* Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση.

Πληροφορίες για δημοσιεύματα που καταχωρούνται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: 210 5279000.

Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ.: Μάρνη 8 τηλ.: 210 8220885, 210 8222924, 210 5279050.

Οι πολίτες έχουν τη δυνατότητα ελεύθερης ανάγνωσης των δημοσιευμάτων που καταχωρούνται σε όλα τα τεύχη της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως πλην εκείνων που καταχωρούνται στο τεύχος Α.Ε.-Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ., από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr).

Οι υπηρεσίες εξυπηρέτησης πολιτών λειτουργούν καθημερινά από 08:00 μέχρι 13:00



* 0 1 0 0 2 1 0 0 2 1 0 0 9 0 0 3 2 *

ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ 104 32 * ΤΗΛ. 210 52 79 000 * FAX 210 52 21 004
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: <http://www.et.gr> — e-mail: webmaster.et@et.gr